

資料2 各諸室に必要な装備一覧表（修正線付）

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱电・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス	施錠	
共通	共通	共通カンファレンス室		500	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	調光式残置灯
		小カンファレンス室1		500	○	○			○		○		○		○	○	○	
		小カンファレンス室2		500	○	○			○		○		○		○	○	○	
		共通実験室	三相200V	600	○				○		○		○		○		○	
		共通機器室1	三相200V	600	○				○		○		○		○		○	
		共通機器室2	三相200V	600	○	○			○		○		○		○		○	
		共通機器室3	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室1	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室2	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室3	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室4	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室5	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室6	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		P2実験室1	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		P2実験室2	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		P2実験室3	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		P2実験室4	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		暗室、解析室1	単相200V 三相200V	200	○	○			○		○		○		○		○	暗室用照明
		暗室、解析室2	三相200V	200	○				○		○		○		○		○	暗室用照明
		暗室、解析室3	三相200V	200	○				○		○		○		○		○	暗室用照明
		低温室		600	○	○			○			●	空		○		○	低温室
		恒温恒湿室	三相200V	600	○	○			○			●	空		○	○	○	恒温恒湿室

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱電・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス	施錠	
胚形成部門	初期発生分野	実験室1	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		実験室2	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		試薬顕微鏡室		600					○		○		○				○	
		培養機器室	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		研究員室		600	○				○		○		○	○	○	○	○	
		教授室・事務室		600	○		○		○		○		○	○			○	
	細胞複製	共通実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		機器分析室	単相200V 三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		実験室	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		教官室		500	○	○			○		○		○		○	○	○	
	転写制御	実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		培養室		600	○	○			○		○		○	○		○	○	
		組織解析室1,2	三相200V	600	○	○			○			●	空		○		○	恒温室
		居室		500	○	○			○		○		○		○		○	
		教授室・事務室		600	○	○			○		○		○	○			○	
	細胞識別	実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		教授室・事務室		600	○	○			○		○		○	○		○	○	
		居室		500	○	○			○		○		○	○	○		○	
		組織解析室1,2	三相200V	600	○	○			○			●	空		○		○	恒温室
		培養室		600	○	○			○		○		○	○			○	
	形態形成	実験室	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		形態学実験室	三相200V	600	○				○			●	空		○	○	○	恒温室
		培養室		600	○				○		○		○			○	○	
		居室		500	○		○		○		○		○		○	○	○	
		教授室		500	○				○		○		○		○	○	○	

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱電・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス	施錠	
胚形成部門	(客員)系統発生分野	客員教授室		500	○	○			○		○		○	○	○	○	○	
		客員実験室	三相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		客員細胞培養室		600					○		○		○		○	○	○	
器官形成部門	神経発生	細胞培養室		600					○		○			○		○	○	
		分子生物学実験室		600	○				○		○		○		○	○	○	
		教授室		500	○				○		○		○	○			○	
		図書・資料室		600	○				○		○		○		○	○	○	
		細胞生物学実験室		600	○				○		○		○		○	○	○	
		試薬調整、洗浄、滅菌室		600							○		○		○	○	○	
	造血発生	細胞実験室	単相200V 三相200V	600	○	○			○		○		○		○		○	
		培養室前室		300							○						○	
		組織培養室	単相200V	600	○	○					○		○		○	○	○	
		顕微鏡室		600		○			○		○						○	
		教官室		500	○	○			○		○		○		○	○	○	
		教授室		500	○	○			○		○		○	○			○	
	臓器形成分野・共通	生化学実験室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		洗浄室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		試薬調整室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		冷凍機室	単相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		組織試料作製室	単相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
	臓器形成	教授室		500	○	○			○		○		○	○			○	
		情報処理室		500	○	○			○		○		○		○	○	○	
		胚操作室		600	○	○			○			●	空		○	○	○	恒温室
		細胞培養室		600	○	○			○			●	空		○	○	○	恒温室

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱電・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス	施錠	
器官形成部門	組織制御分野	生化学実験室	三相200V	600	○	○	○		○		○		○		○	○	○	
		培養室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	間仕切
		洗浄室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	特別な排水設備
		教授室		500	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○	
																	○	
	パターン形成	共通実験室		600	○				○		○		○		○	○	○	
		試薬調剤室 / 資材室	単相200V	600	○				○		○		○		○	○	○	
		教授室		500	○				○		○		○	○			○	
		情報処理室		500	○				○		○		○	○			○	
		洗浄滅菌 / P2室	三相200V	600	○						○		○		○	○	○	
		細胞培養室		600	○				○		○		○		○	○	○	
		胚操作 / 顕微鏡室		600	○				○		○		○		○	○	○	
	(制御分野)	客員教授室		500	○				○		○		○	○	○	○	○	
		客員実験室	三相200V	500					○		○		○		○	○	○	
		客員細胞培養室		600					○		○		○		○	○	○	
再建医学部門	幹細胞制御	ヒトES細胞培養室	三相200V	600	○	○			○			●	空		○	○	○	クリーンルーム
		ES細胞凍結保存室	三相200V	600	○	○			○			●	空		○	○	○	恒温室
		解析用暗室	三相200V	200	○	○			○		○		○		○		○	
		教官室		500	○	○			○		○		○	○			○	
		解析室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	

部門	分野	室名	電源設備	照明	弱电・通信設備						空調			給排水・ガス			その他	備考
			特殊条件	照度 lx	電話	インターホン	TV	ITV	CPU 端末	AV	空調	特殊 空調	換気	洗面 器	シンク	ガス	施錠	
再建医学部門	器官制御	細胞培養室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		生化学実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		分子生物学実験室	三相200V	600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		大学院生解析室		600	○	○			○		○		○		○	○	○	
		教官室		500	○	○			○		○		○	○			○	
	(客員)細胞核	客員細胞培養室		600					○		○		○		○	○	○	
		客員実験室	三相200V	600					○		○		○		○	○	○	
		客員教授室		500	○				○		○		○	○	○		○	